

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Pau dos Ferros
Município de Pau dos Ferros
Registro de Preços Eletrônico - 620230082/2023

Resultado da Homologação

0001 - 0013368 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, com, no mínimo, as seguintes especificações Autonomia De Bateria/Auxílio RCP/Acessório : 50 A 250 Choques/Possuir 1 Par Eletrodo; - I5 + 1 BATERIA EXTRA - Valor Referência: 11.313,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	I5 + 1 BATERIA EXTRA	1,00 Unidade	5.540,00	5.540,00	Homologado em 19/02/2024 12:16:32 Por: Marianna Almeida Nascimento

0002 - 0013369 - MESA CIRÚRGICA MECÂNICA, com, no mínimo, as seguintes especificações Base em formato de T construída em chapa de Aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem. RX em toda sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumáticamente. Capacidade de peso de no mínimo 200 kg. Acessórios: deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose, 01 Par de suportes para apoio de ombros, 01 par de suporte de braços; - MESA MECÂNICA - Valor Referência: 44.966,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA	MESA MECÂNICA	2,00 Unidade	29.999,80	59.999,60	Homologado em 19/02/2024 12:16:32 Por: Marianna Almeida Nascimento

0003 - 0013370 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE) COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 LITROS, com no mínimo as seguintes especificações - Capacidade/Rack Para Carga/ Carro Pra Rack/ Osmose Reversa/ Impressora/Tipo de Porta e QTDE90 A 150/ Possui Deslizante Até 2 Portas; - PROPRIO - Valor Referência: 118.573,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPRIO	1,00 Unidade	88.800,00	88.800,00	Homologado em 19/02/2024 12:16:32 Por: Marianna Almeida Nascimento

0004 - 0013371 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER, com no mínimo as seguintes especificações - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com Teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica. Função com aplicação para todos os transdutores, Imagem Harmônica de Pulso invertido, Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de Cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 p - X1 - Valor Referência: 160.351,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BGF COMERCIAL LTDA	X1	1,00 Unidade	72.800,00	72.800,00	Homologado em 19/02/2024 12:16:32 Por: Marianna Almeida Nascimento

0006 - 0013373 - CAMA HOSPITALAR, com no mínimo as seguintes especificações Estrutura do leito/grades laterais/colchão : aço ou ferro pintado. - 2MA - Valor Referência: 2.554,12



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Cb Cirurgica do Brasil Ltda	2MA	7,00 Unidade	1.069,00	7.483,00	Homologado em 19/02/2024 12:16:32 Por: Marianna Almeida Nascimento

Marianna Almeida Nascimento
Autoridade Competente

